



Laboratorium pomiarowe

TANEL Elektronika i Informatyka Sp. j.

44-100 Gliwice, ul. Kopernika 121
tel./fax 32 234-96-15, 32 238-16-15

ŚWIADECTWO SPRAWDZENIA

**Przedmiot
sprawdzenia:**

Wilgotnościomierz do drewna HIT-3
numer fabryczny

Producent:

TANEL Elektronika i Informatyka Sp. j.
44-100 Gliwice, ul. Kopernika 121

Zgłaszający

Charakterystyka przyrządu:

zakres wskazań: /6 - 60/ % wilgotności
dokładność odczytu: 0.1%

Metoda sprawdzenia:

Porównanie ze wskazaniami przyrządu wzorcowego
WRD-100 nr fab. 16055; świadectwo wzorcowania
50-W23/171/121-W2-16 z dnia 16.03.2016r.
wystawione przez Okręgowy Urząd Miar w Krakowie,

Wyniki sprawdzenia:

Wilgotnościomierz spełnia wymagania metrologiczne
normy PN-EN 13183-2 ; styczeń 2004.

Błędy wskazań przyrządu wyrażone w procentach
wilgotności nie przekraczają:

w zakresie 6% - 14% $\pm 1\%$

w zakresie 15% - 28% $\pm 2\%$

w zakresie 29% - 60% $\pm 10\%$ wartości mierzonej

Termin ważności:

Świadectwo traci ważność z dniem 31.07.2017r.

Gliwice, 11.07.2016r.



Krzysztof Tannenber

dr inż. Krzysztof Tannenber