



Laboratorium pomiarowe

TANEL Elektronika i Informatyka Sp. j.

44-100 Gliwice, ul. Kopernika 121
tel./fax 32 234-96-15, 32 238-16-15

ŚWIADECTWO SPRAWDZENIA

**Przedmiot
sprawdzenia:**

Wilgotnościomierz do drewna HIT 3
numer fabryczny

Producent:

TANEL Elektronika i Informatyka Sp. j.
44-100 Gliwice, ul. Kopernika 121

Zgłaszający:

Charakterystyka przyrządu:

zakres wskazań: /6 - 60/ % wilgotności
dokładność odczytu: 0.1

Metoda sprawdzenia:

Porównanie ze wskazaniami przyrządu wzorcowego
WRD-100 nr fab. 20378; świadectwo wzorcowania
85-W23/138/WUM-W2-4201-8-8/22 z dnia 03.03.2022
wystawione przez Okręgowy Urząd Miar
w Krakowie,

Wyniki sprawdzenia:

Wilgotnościomierz spełnia wymagania metrologiczne
normy PN-EN 13183-2 ; styczeń 2004.
Błędy wskazań przyrządu wyrażone w procentach
wilgotności nie przekraczają:
w zakresie 6% - 15% $\pm 1\%$
w zakresie 16% - 28% $\pm 2\%$
w zakresie 28% - 60% $\pm 10\%$ wartości mierzonej

Termin ważności:

Świadectwo traci ważność z dniem 30.04.2023r.

Gliwice, 01.04.2022r.



dr inż. Krzysztof Tannenber